French

1. Usage
Pose d'Implants dentaires

2. Mode d'emploi
- Pour connaître les procédures d'opération et les modes d'emploi plus détaillés, veuillez consulter le manuel d'utilisation, le catalogue ou le site d'internet de l'entreprise(www.dioimplant.com/eng/manual.do).
- Le code du produit, les spécifications, la date de fabrication, la date d'expiration sont indiqués à l'étiquette sur le produit.
- Pour recevoir le manuel d'utilisation par courrier, veuillez nous faire parvenir une demande par e-mail (dio@dio.co.kr).

3. Précautions avant l'utilisation
- Avant l'utilisation, vérifier l'état du produit.
- Tout instrument doit être préalablement stérilisé.
- Stériliser impérativement des instruments non stériles à l'aide d'un autoclave à vapeur d'eau, soit pendant 15 minutes à 132℃, soit pendant 10 minutes à 135℃.
- Après la stérilisation, l'implant doit être séché pendant 30 minutes.
- Examiner la suffisance osseuse et déterminer le site d'implants.
- Mettre en garde les patients contre une mastication excessive pendant le traitement.

4. Manipulation
- Commencer l'opération après s'être assuré(e) que les instruments ne soient pas contaminés..
- Les instruments sont réservés à l'usage des opérations chirurgicales dentaires. L'ordre d'utilisation doit être rigoureusement respecté.
- Vérifier visuellement si les arêtes de coupe des instruments de fraisage ne soient pas émoussées.
- Il est impératif d'irriguer le site d'implants au liquide physiologique durant l'opération afin d'éviter le surchauffe des os.
- La vitesse de fraisage doit être déterminée par le praticien après l'examen complet de l'état osseux du patient.
- Les instruments de petite taille risquent d'être introduits dans l'œsophage. Il est impératif de les attacher préalablement par le fil.
- Nos instruments peuvent être réutilisés. Toutefois, en cas de diminution de l'efficacité du fraisage, ils doivent être remplacés.

5. Mode de nettoyage et de stérilisation pour une réutilisation
Tout instrument doit être nettoyé et ensuite stérilisé avant la réutilisation. Les procédures de nettoyage et de stérilisation sont décrites ci-dessous.

<Nettoyage>

1) Éliminer des résidus (tissus de peau, morceaux de l'os, etc.) sur la surface de l'instrument utilisé. Placer l'instrument dans un endroit humide jusqu'à l'étape suivante.
2-1) Nettoyage manuel
a. Tremper l'instrument dans une solution de détergent enzymatique ou similaire.
b. À l'aide d'une brosse souple, frotter la surface de l'instrument afin d'éliminer toute trace de résidu visible. Utiliser l'aiguille de nettoyage en cas des résidus fins.
c. Rincer entièrement la solution de nettoyage avec de l'eau.
2-2) Nettoyage automatique dans le bain à ultrasons
a. Placer l'instrument dans la cuve du bain à ultrasons et l'immerger complètement dans l'eau.
b. Nettoyer à une température ambiante pendant 10 à 15 minutes et ensuite évacuer l'eau.
c. Renouveler le nettoyage à l'eau et évacuer l'eau.
- Suivant les instructions de séchage de l'appareil de nettoyage, sécher la surface de l'instrument.
- Renouveler les procédures de nettoyage ci-dessus jusqu'à ce que l'instrument soit propre. Vérifier visuellement la propreté.
- Sécher l'instrument à l'aide d'un chiffon non abrasif et le conserver en vue de la stérilisation.

<Stérilisation>

- Stériliser impérativement des instruments non stériles à l'aide d'un autoclave à vapeur d'eau, soit pendant 15 minutes à 132℃, soit pendant 10 minutes à 135℃.
- Après la stérilisation, sécher l'instrument au moins pendant 30 minutes.
- Conserver les instruments stérilisés dans un environnement propre à une températures entre 15 et 30℃.

6. Contre-indications
- Les patients avec des antécédents d'une crise cardiaque ou d'artériosclérose.
- Les patients non coopératifs, les patients avec certaines déficiences psychiques ou physiques qui peuvent provoquer des complications, l'instabilité voire l'échec de la fixation des implants .
- Les problèmes de formation osseuse, de microcirculation ou de sang.
- Les grossesses.
- L'hypertension, le diabète.

7. Avertissements
La pose d'implants doit être effectuée par un dentiste expérimenté afin d'éviter d'endommager l'implant ou des structures osseuses voisines.
- Avant l'utilisation du produit, le praticien doit parfaitement s'approprier les procédures d'utilisation et les mesures de précaution.
- Les produits défectueux doivent être retournés.
- L'examen insuffisant de l'état du patient et les techniques mal maîtrisées peuvent conduire à l'échec de la pose d'implants et endommager l'os qui supporte les implants.

8. Effets indésirables et Complications
- Déhiscence, Cicatrisation retardée, Œdème
- Hématome, Infection, Inflammation
- Hypersensibilité générale, etc.

EC REP

DONGBANG ACUPRIME
1The Forrest Units, Hennock Road East,
Marsh Barton, Exeter EX2 8RU, U.K
Tel. +44 1392 829500
Fax. +44 1392 823232

DIO Corporation

66, Centumseo-ro, Haeundae-gu, Busan 612-020, REPUBLIC OF KOREA

Tel. +82-51-745-7777, Fax. +82-51-745-7778

Revision 1 / 2014.04.29

DIO Corporation (Information of Symbol)			
CE 0123	● Certification CE à l'UE	REF	● Numéro de référence commerciale
NON Sterile	● Dispositif non-stérile		● Ne pas utiliser si l'emballage endommagé.
	● Attention		● Nom et Adresse du fabricant
	● Consulter le manuel d'utilisation	EC REP	● Représentant agréé dans la Communauté européenne
	● Date de péremption	SN	● Numéro de série
LOT	● Numéro de lot		● Date de fabrication
	● Limite de température de conservation		